



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Strasse 21
DE-59075 Hamm

Burgdorf, 20.05.2014

Auftragsnummer 2014-0570

Bestimmung der antimikrobiellen Wirkung

Eingangsdatum:

12.05.2014

Ansprechpartner:

Seiten:

2

Anhänge:

Beschreibung: ISO 22196:2007

Methode(n):

ISO 22196:2007

Quantitative Prüfung zur Bestimmung der
Bakteriostatischen Aktivität:

SANITIZED AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "E. Rohrbach".

Erich Rohrbach
Head Microbiology

Die Resultate beziehen sich ausschliesslich auf das getestete Material. Der Testbericht und ggf. zugehörige Dokumentationen werden 10 Jahre aufbewahrt.

Ergebnisse

Probenbeschreibung

Probennummer: **2014-0570-01** Eingang: 12.05.2014
Business: POLYMER Typ: Quality control

Identifikation: Protterra Natural-Solid-Oil GE 11254
Hauptkomponente: Chipboard
Aspekt: Farblos
Einsatzgebiet: Parkettboden

Sanitized-Produkt: -
Deklarierte Menge: -
Ausrüstverfahren: Padden Überschuss abnehmen

Bemerkung: Kontaktzeit bei ISO 22196 nur 8 Stunden

Untersuchungsergebnisse des SANITIZED-Labors

Quantitative Prüfung zur Bestimmung der Bakteriostatischen Aktivität:

Methode	Prüfpunkt	Aktivität	Reduktion in %	Interpretation
ISO 22196:2007	Escherichia coli ATCC 8739	>4,90	>99,99	Gute Wirkung
ISO 22196:2007	Staphylococcus aureus ATCC 6538P	>4,00	>99,99	Gute Wirkung